

شماره: ۶۶۵/۴۳۶۶۲.....

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰.....

پیوست: ندارد.....



معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: عوارض مشاهده شده محلول چشمی *ATPvisc*

با سلام،

عطف به نامه شماره ۶۵۸/۳۶۳۴۴/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت (پیوست) درخصوص عوارض مشاهده شده به دنبال استفاده از محلول چشمی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نام تجاری *ATPvisc* ساخت شرکت ابزار طب پویا به شماره سری ساخت ۲۵۹۷۰۱۱ S۶۷۷ با تاریخ انقضاء ۲۰۲۱/۰۷ - پیرو گزارشات دریافتی از بیمارستان امام خمینی (ره) - آباءه - بدینوسیله الزام توقف مصرف فرآورده مذکور با شماره بچ و تاریخ انقضاء فوق تا زمان تکمیل فرایند بررسی و انجام آزمایشات لازم، اعلام می گردد. لذا ضروری است با قید فوریت نسبت به اطلاع رسانی به مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش اقدام گردد.

دکتر غلامحسین مهرعلیان
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

مدیر عامل محترم شرکت ابزار طب پویا

جناب آقای دکتر چراغ (رئیس محترم اداره ملزومات دارویی)

جناب آقای موحبی (متصدی محترم امور دفتری)

تهران، تهرپیرویی درج اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۶۶۴۶۹۱۲۲ نمایر: کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱